

**FICHE RECAPITULATIVE DES ANALYSES PRESENTEES**

N° de laboratoire :	<u>18 178107</u>	N° échantillon :	<u>995174</u>
Produit(s) confirmé(s) :	<u>T/E</u>		
pH mesuré en conf :	<u>5.22</u>	Densité affichée en conf :	<u>1.025</u>
		Réfractomètre n° :	<u>2</u>
		* Densité corrigée :	<u>1.025</u>

Essai n° :	<u>EC</u>	Version :	
Mode opératoire de préparation :	<u>M-EX-</u>	Version :	
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-</u>	Version :	
CG/SM (SCAN) <input type="checkbox"/>	CG/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CG/SM2 <input type="checkbox"/>	CG/SM3 <input type="checkbox"/>
CL/SM <input type="checkbox"/>	CL/SM2 <input type="checkbox"/>	CL/SM3 <input type="checkbox"/>	CL/UV <input type="checkbox"/>
IMM <input type="checkbox"/>	EPO <input type="checkbox"/>	CG/C/IRMS <input type="checkbox"/>	Cytométrie <input type="checkbox"/>

Essai n° :	<u>EC 94D</u>	Version :	<u>E</u>
Mode opératoire de préparation :	<u>M-EX-04B</u>	Version :	<u>C</u>
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-27</u>	Version :	
CG/SM (SIM) <input checked="" type="checkbox"/>	CG/SM (SCAN) <input type="checkbox"/>	CL/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CL/SM2 <input type="checkbox"/>
CL/SM3 <input type="checkbox"/>	CL/UV <input type="checkbox"/>		
Concentration estimée :	<u>T/E = 11.4 Testo: 61 ng/ml Epi: 5.2 ng/ml</u>		
* Concentration corrigée :	<u>Testo: 45.1 ng/ml Epi: 3.9 ng/ml</u>		

Essai n° :		Version :	
Mode opératoire de préparation :		Version :	
Mode opératoire d'analyse :	<u>M-AN-</u>	Version :	
CG/TSD <input type="checkbox"/>	CG/SM (SIM) <input type="checkbox"/>	CG/SM (SCAN) <input type="checkbox"/>	IMM <input type="checkbox"/>
Concentration mesurée :			
* Seuil corrigé :			

ES02 -BBS (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES08 -HES (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES06 - IMM <input checked="" type="checkbox"/>
ES02C -EPH (CG/SM) <input type="checkbox"/>	ES08B -PS <input type="checkbox"/>	ES07 -EPO <input type="checkbox"/>
ES03 -CD (CL/SM) <input type="checkbox"/>	ES03B -LCH (CL/SM/SM) <input type="checkbox"/>	ESS01 -HBOCs <input type="checkbox"/>
ES04 -H (CG/SM) <input checked="" type="checkbox"/>	ES05 -MS2 (CG/SM/SM) <input type="checkbox"/>	ESS02 - TS <input type="checkbox"/>
ES03C -LCH (CL/SM) <input type="checkbox"/>		

Code opérateur de l'analyste :	<u>18 / 28</u>	Code opérateur du responsable :	<u>18</u>
Date et paraphe :	<u>22/10/06</u> <u>24/07/06</u>	Date et paraphe :	<u>24/10/06</u>
Hors portée d'accréditation :	<input type="checkbox"/>		
Raison ou numéro d'écart de la déclaration en hors portée :			

Cet enregistrement est à archiver dans le dossier de confirmation